

ПИТАЊЕ:

Poštovani,

Molim vas za pojašnjenje konkursne dokumentacije za JNMV 2/2017

Da li je za naručioca prihvatljivo da se u partiji 1, stavka 1,52 umesto #Akuček active trake za kontrolu šećera u krvi, ponude trake za gluko test za neki drugi aparat, uz obavezu da ukoliko ponudač prođe na tenderu donira aparate koji će odgovarati ponuđenim trakama, kao i da navedene potreban broj aparata.

Molimo Vas za potvrdu prijema mejla

Srdačan pozdrav,

ОДГОВОР:

Poštovani, u skladu sa članom 20. i članom 63. Zakona o javnim nabavkama, a u vezi Vašeg zahteva za pojašnjenjem konkursne dokumentacije JN 2/2017, dostavljamo sledeći odgovor:

Za Naručioca nije prihvatljivo da se u partiji 1, stavka 1.52, umesto Akuček active trake ponude trake za gluko test za neki drugi aparat iz razloga što Naručilac Dom zdravlja Malo Crniće ima u upotrebi i koristi dva tipska aparata za kontrolu šećera u krvi i to Akuček i Contour plus aparate i u skladu sa tim smo pod stavkama 1.52. i 1.53 konkursne dokumentacije i tražili odgovarajuće trake za pomenute aparate (Akuček active trake i Contour plus trake).

Srdačan pozdrav!